

严谨 / 高效 / 公正 / 公平

# 招标文件

招 标 编 号 : 2018-MYGDZC001

广东省人民医院采购医疗设备

项 目 名 称 : 招标项目 (31)

采 购 方 式 : 公开招标

采 购 人 : 广东省人民医院



广东明盈招标代理有限公司

GUANGDONG MINGYING BIDDING AGENT CO., LTD

[www.myzbd.com](http://www.myzbd.com)

二〇一八年二月九日

# 目 录

第一章 投标邀请 .....	2
投标邀请函 .....	2
第二章 用户需求书 .....	5
一、采购内容一览表 .....	5
二、投标人资格要求（适用于所有合同包） .....	5
三、技术要求 .....	6
合同包一：2D 高清腔镜系统技术需求描述 .....	6
合同包二：胆道镜系统技术需求描述 .....	8
合同包三：2D 高清胸腔镜系统技术需求描述 .....	11
四、商务要求（适用于所有合同包） .....	14
五、售后服务及培训要求（适用于所有合同包） .....	15
第三章 投标人须知 .....	17
投标人须知前附表 1 .....	17
投标人须知前附表 2：资格性、符合性检查表 .....	19
投标人须知前附表 3：评标方法、评标标准、定标原则 .....	20
一、说明 .....	23
二、招标文件 .....	24
三、投标文件的编写 .....	25
四、投标文件的提交 .....	28
五、投标文件的评估和比较 .....	28
六、定标与签订合同 .....	31
七、适用法律、规章及政策 .....	32
第四章 合同书格式（参考文本） .....	33
第五章 投标文件格式（参考文本） .....	38

# 第一章 投标邀请

## 投标邀请函

受广东省人民医院委托，广东明盈招标代理有限公司对“广东省人民医院采购医疗设备招标项目（31）”进行国内公开招标，欢迎国内合格的投标人前来提交密封的投标文件。

1. 招标编号：2018-MYGDZC001
2. 招标项目名称：广东省人民医院采购医疗设备招标项目（31）
3. 项目资金来源：非财政性资金
4. 项目内容及需求：
  - 4.1 采购内容：

合同包号	合同包名称	数量	最高限价 (人民币)	主要技术要求	履约地点	交货时间
一	2D 高清腔镜系统	1 套	130 万元	详见招标文件第二章用户需求书	广东省行政区域内 招标人指定地点	合同签订后 1 个月内到货或按招标人需求，提前 2 个月通知中标人到货时间
二	胆道镜系统	1 套	140 万元			
三	2D 高清胸腔镜系统	1 套	200 万元			

4.2 投标人必须对所投包号内全部招标内容进行投标报价，如有缺漏，将导致投标无效。如投标报价超出最高限价，将导致投标无效。

4.3 本项目不允许提交备选方案。

5. 投标供应商资格要求（适用于所有合同包）：

5.1 投标人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，并具有从事本项目相关的经营范围和能力。投标人必须在投标文件中提供法人营业执照（或事业法人登记证）（副本）复印件、组织机构代码证（副本）以及税务登记证（副本）复印件【三证合一投标人只需提供有效的营业执照（或事业法人登记证）副本复印件】。

5.2 投标人应当具备仍在有效期内的由食品药品监督管理部门颁发的《中华人民共

和国医疗器械生产许可证》或《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》，并在投标文件中提供相关材料的有效复印件。

5.3 参加本次采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录,在投标文件中提供加盖投标人公章的书面声明材料。

5.4 参与本项目投标人的法定代表人及其授权代表须具有当地检察机关出具的《无行贿犯罪档案记录证明》原件。

5.5 本项目不接受联合体形式的投标。

6. 招标文件购买时间:2018年02月09日起至2018年02月27日(节假日除外),上午9:00-12:00,下午14:30-17:00。招标文件查阅和购买地点:招标代理机构前台。招标文件购买方式:现场购买或邮寄购买,投标人代表提供以下报名资料购买招标文件(复印件必须注明“与原件相符”)并加盖公章:

6.1 法定代表人资格证明书及授权书原件、法定代表人及投标人代表身份证复印件。

6.2 有效的营业执照(副本)复印件、组织机构代码证(副本)复印件、税务登记证(副本)复印件【三证合一供应商只需提供有效的营业执照(或事业法人登记证)副本复印件】。

6.3 投标人仍在有效期内的由食品药品监督管理部门颁发的《中华人民共和国医疗器械生产许可证》或《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》复印件。

6.4 参与本项目投标人的法定代表人及其授权代表须具有当地检察机关出具的《无行贿犯罪档案记录证明》复印件。

7. 招标文件售价人民币200元,图纸等资料费用另计。标书售后不退。

8. 投标文件递交时间:2018年03月06日上午09:00-09:30(北京时间)

9. 投标截止及开标时间:2018年03月06日上午09:30(北京时间),逾期递交的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

10. 投标文件递交及开标地点:广州市越秀区东风中路363号国信大厦35楼3501室。

11. 以上信息或本项目的其它内容如有变更,招标代理机构将通过中国招标公共服务平台(<http://www.cebpubservice.com>)、中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn>)、广东明盈招标代理有限公司网(<http://www.myzbd1.com>)等信息发布媒体通知,请投标人关注。

12. 交通拥堵,递交投标文件请提前做好准备。

13. 招标人及招标代理机构联系方式:

13.1 招标人: 广东省人民医院

联系人: 曾小姐 电话: 020-83827812 传真: 020-83827812

13.2 招标代理机构: 广东明盈招标代理有限公司

联系人: 张小姐 电话: 020-37650664 传真: 020-37654254

地址: 广州市越秀区东风中路 363 号国信大厦 35 楼

广东明盈招标代理有限公司

2018 年 02 月 09 日

账户类别 账户信息	投标保证金	中标咨询服务费
开户行	广东南粤银行广州分行	上海浦东发展银行股份有限公司广州东风支行
账号	980001230900000642	82100154740003544
收款单位	广东明盈招标代理有限公司广州分公司	
财务部门电话	020-37650664	

## 第二章 用户需求书

带★条款为不可偏离的重要技术参数，如不满足则导致投标无效；带▲条款为重要技术参数，如不满足将导致严重扣分。

本需求描述中如涉及专业术语或表达方式，仅供投标参考使用，不作为限制性指标，投标人应确认所投产品能体现同等或更高的功能需求。

### 一、采购内容一览表

合同包号	合同包名称	数量	最高限价 (万元)	技术参数要求
一	2D 高清腹腔镜系统	1 套	130	详见“三、技术要求 合同包一：2D 高清腹腔镜系统技术需求描述”
二	胆道镜系统	1 套	140	详见“三、技术要求 合同包二：胆道镜系统技术需求描述”
三	2D 高清胸腔镜系统	1 套	200	详见“三、技术要求 合同包三：2D 高清胸腔镜系统技术需求描述”

### 二、投标人资格要求（适用于所有合同包）

详见投标邀请函“投标供应商资格要求”以及第三章“投标人须知”第 3 条“合格的投标人”。

## 三、技术要求

### 合同包一：2D 高清腔镜系统技术需求描述

#### (一) 详细技术参数要求

★总体要求：投标人所投设备配置应包含其所有功能配置，如果所投设备有招标人需要另付费的功能或配置的，请罗列并报价，招标人有购买或不购买的权利，未罗列则视为标配，包含在报价内。

##### 1、全高清摄像主机

1) 数字高清信号输出分辨率达到 1080P，扫描方式：逐行扫描，可提供全高清数字化图像；

2) 数字信号输出可选择 DVI、HD-SDI、SD-SDI 和 DV；

3) 腔镜光谱分析处理模式，可提高对血管的辨识度；

4) 具有双白平衡功能，面板按钮可同时进行双白平衡；

5) 图像强调、色彩强调可调功能；

6) 具有色彩/噪声过滤功能；

7) 测光功能：具有峰值测光和自动测光；

8) 具有图像冻结功能，图像注释功能；

9) 内窥镜图像的尺寸可调，画中画功能；

10) 次屏幕显示功能：静态图像和动态图像同时显示；

▲11) 兼容多种电子内窥镜、电子腹腔镜等；

▲12) 可接软、硬性内镜摄像头（3CCD/单 CCD），摄像头可高温高压消毒，具有卡式连接器；

13) 具有内镜遥控键，可选择多种遥控功能；

▲14) 具备脚踏操作功能；

15) 具有直接数码存储功能。

##### 2、冷光源

1) 功率为 300W 高辉度短弧氙灯冷光源；

▲2) 灯泡寿命大于 500 小时，灯泡寿命预警，具有后备应急灯系统；

- 3) 自动调光和手动调光功能;
- 4) 灯泡自动点亮功能, 具有待机功能: 灯泡照明开关;
- 5) 具有光亮模式存储器;
- 6) 具有广泛的兼容性, 适合于任何内镜使用的高级照明设备;
- 7) 可连接电子内窥镜、纤维内窥镜、普通光学视管等。

### **3、全高清三晶片摄像头**

- 1) 采集像素: 摄像头像素为:  $1920 \times 1080P$ ,  $\geq 3$  个 CCD 芯片;
- 2) 摄像头上集成了变焦和调焦功能的遥控按钮;
- 3) 具有三个可进行预设功能的遥控按钮开关;
- 4) 可以高温高压消毒灭菌;
- 5) 光学变焦: 可 2 倍光学变焦, 变焦距离范围至少是 15-32mm;
- 6) 自动曝光调节。

### **4、高流量全自动气腹机**

- 1) 全电脑控制, 漏气自动补偿, 最大气流量至少 40 升/分钟;
- 2) 有内置减压阀, 可连接钢瓶或中央供气;
- 3) 有高、中、低三档流量设定, 有实际流量的数字及面板显示功能;
- 4) 腔体模式: 正常/小; 特有的更加细致的流量调整, 适用于儿科手术;
- 5) 有腹内压设定, 实际腹内压数字及面板显示;
- 6) 有钢瓶压力过低, 腹内压过高以及管道堵塞报警功能;
- 7) 具有排烟排雾功能, 通过脚踏开关实现自动排烟排雾。

### **5、监视器**

- 1)  $\geq 26$  英寸全 HD 的 LCD 面板;
- 2) 分辨率:  $1920 \times 1080$ , 屏幕宽高比 16:9;
- 3) 高亮度, 高对比度, 水平、垂直  $\geq 178$  度超宽视角;
- 4) 各种输入/输出端口, 包括 3G/HD/SD SDI ( $\times 2$ )、DVI-I ( $\times 2$ )、HD15、Y/C、和 VIDEO;
- 5) 多种显示模式, 包括画中画 (PIP)、画外画 (POP) 和克隆输出;
- 6) 医疗适用的白色外观设计。

### **6、台车**

- 1) 高性能, 操作轻便, 节省空间;
- 2) 多层次设计, 可放置其他相关设备;

- 3) 提供监视器支架，方便调整监视器观看角度；
- 4) 台车配有集成供电电缆系统，一键控制所有设备的供电。

## (二) 配置清单

序号	配置项	数量
1	全高清摄像主机	1 台
2	冷光源	1 台
3	全高清三晶片摄像头	1 个
4	高流量全自动气腹机	1 台
5	监视器	1 台
6	台车	1 台
7	目镜	1 根
8	导光束	1 条
9	相关使用维修说明书	1 套

## 合同包二：胆道镜系统技术需求描述

### (一) 详细技术参数要求

★总体要求：投标人所投设备配置应包含其所有功能配置，如果所投设备有招标人需要另付费的功能或配置的，请罗列并报价，招标人有购买或不购买的权利，未罗列则视为标配，包含在报价内。

#### 1、全高清摄像主机

1) 信号输出：数字信号输出可选择 DVI、HD-SDI、SD-SDI 和 DV；模拟 HDTV 信号输出可选择 RGB 或 YPbPr 输出；模拟 SDTV 信号输出可选择 VBS 复合端口、Y/C 和 RGB, 可以同时输出；

2) HDTV 数字高清信号输出分辨率达到 1080P，扫描方式：逐行扫描，50 帧/秒；可提供 16:9、4:3 的全高清数字化图像；

3) 具有双白平衡功能；面板按钮可同时进行自然光与窄带光的白平衡；

4) 图像强调功能：结构强调 A (0-8 档)；结构强调 B (0-8 档)；轮廓强调功能 (0-8 档)；

5) 色彩强调功能:R±8 档；B±8 档；C(色度调节) ±8 档；

- 6) 具有色彩/噪声过滤功能;
- 7) 测光功能: 具有峰值测光和自动测光;
- 8) 具有图像冻结功能和释放方式;
- 9) 可使用键盘上的按键改变内镜图像的尺寸。
- 10) 具有图像注释功能;
- 11) 图像索引功能: 关闭/2s/4s/全程;
- 12) 具有画中画功能, 可外接 B 超、CT、MR 等图像, 外接图像的大小 (1/4 或 1/9) 和位置均可调节;
- 13) 内镜信息交流: 内镜信息 (使用具有 ID 功能的内窥镜时), 内镜信息存储功能 (用户名/ID/评价/检查时间), 自动白平衡;
- 14) 具有次屏幕显示功能: 静态图像和动态图像同时显示;
- ▲15) 能兼容纤维胆道镜、电子腹腔镜、电子输尿管软镜、电子膀胱镜、电子鼻咽喉镜等;
- ▲16) 可接软、硬性内镜摄像头 (3CCD/单 CCD), 摄像头可高温高压消毒, 具有卡式连接器;
- 17) 具有 4 个内镜遥控键, 可选择遥控 27 种功能;
- 18) 脚踏功能可设定 27 种功能选择;
- 19) 具有直接数码存储功能。

## 2、冷光源

- 1) 功率为 $\geq 300\text{W}$  短弧氙灯冷光源;
- 2) 灯泡寿命: 可连续使用 $\geq 500$  小时 (配有灯泡寿命计时器), 具有后备应急灯系统 (即一个光源带 2 种灯);
- 4) 自动调光和手动调光功能 (17 档);
- 5) 具有待机功能: 灯泡开关, 照明开关;
- 6) 具有气泵功能, 压力切换有 4 档 (关闭、低、中、高);
- 7) 灯泡具有自动点亮功能;
- 8) 光亮模式存储器;
- 9) 具有广泛的兼容性, 适合于任何内镜使用的高级照明设备;
- 10) 可连接电子内窥镜、纤维内窥镜或普通光学视管等。

## 3、电子胆道镜

- ▲1) 先端部带有高分辨率同步多色 CCD 的电子内镜, 具有吸引功能;
- 2) 光学系统: 视野角度 $\geq 110^\circ$  ;
- 3) 视野方向  $0^\circ$  (正前方观察);
- 4) 景深: 3-50mm;
- ▲5) 插入部: 先端部外径 $\leq 5\text{mm}$ , 插入部外径 $\leq 5.3\text{mm}$ ;
- 6) 工作长度:  $\geq 360\text{mm}$ ;
- 7) 器械管道: 管道内径 $\geq 2.0\text{mm}$ ;
- 8) 弯曲部: 弯曲角: 向上 $\geq 160^\circ$  , 向下 $\geq 130^\circ$  ;
- 9) 全长:  $\geq 650\text{mm}$ ;
- 10) 最小可视距离: 距先端部 $\geq 3.0\text{mm}$ 。

#### 4、纤维胆道镜

- 1) 视野角度 $\geq 120^\circ$  ;
- 2) 视野方向  $0^\circ$  (正前方观察);
- 3) 景深: 4-50mm;
- 4) 插入部: 先端部外径  $\leq 4.9\text{mm}$ , 插入部外径 $\leq 5.6\text{mm}$ ;
- 5) 工作长度 $\leq 380\text{mm}$ ;
- 6) 器械管道: 管道内径 $\geq 2.1\text{mm}$ ;
- 7) 弯曲部: 弯曲角: 向上 $\geq 160^\circ$  , 向下 $\geq 130^\circ$  ;
- 8) 全长 $\geq 650\text{mm}$ ;
- 9) 最小可视距离: 距先端部 $\geq 5.0\text{mm}$ 。

#### 5、监视器

- 1) 完全符合医用安全标准, 适合于内窥镜诊疗应用;
- 2)  $\geq 26$  英寸, 分辨率:  $1920 \times 1200$ , 屏幕宽高比 16:9;
- ▲3) 高亮度, 高对比度, 水平、垂直 178 度超宽视角;
- 4) 输入: SDI/HD-SDI、DVI、RGB/YPbPr、S-VIDEO、VIDEO;
- 5) 输出: SDI/HD-SDI、DVI、S-VIDEO、VIDEO;
- 6) 医疗适用的白色外观设计。

## (二) 配置清单

序号	配置项	数量
1	全高清摄像主机	1 台
2	冷光源	1 台
3	电子胆道镜	1 条
4	纤维胆道镜	1 条
5	监视器	1 台
6	摄像头	1 个
7	适配器	1 个
8	测漏器	1 个
9	台车	1 台
10	相关使用维修说明书	1 套

## 合同包三：2D 高清胸腔镜系统技术需求描述

### (一) 详细技术参数要求

★总体要求：投标人所投设备配置应包含其所有功能配置，如果所投设备有招标人需要另付费的功能或配置的，请罗列并报价，招标人有购买或不购买的权利，未罗列则视为标配，包含在报价内。

#### 1、全高清摄像主机

- 1) 信号输出：数字信号输出可选择 DVI、HD-SDI、SD-SDI 和 DV；
- 2) HDTV 数字高清信号输出分辨率达到 1080P，扫描方式：逐行扫描，可提供 16:9、4:3 的全高清数字化图像；
- 4) 具有双白平衡功能：面板按钮可同时进行自然光与窄带光的白平衡；
- 5) 具有图像强调功能；
- 6) 色彩强调功能：R±8 档；B±8 档；C(色度调节) ±8 档；
- 7) 具有色彩/噪声过滤功能；
- 8) 测光功能：具有峰值测光和自动测光；
- 9) 具有图像冻结及释放功能；
- 10) 可使用键盘上的按键改变内镜图像的尺寸；
- 11) 具有图像注释功能；

- 12) 图像索引功能：关闭/2s/4s/全程；
- 13) 画中画功能，可外接 B 超、CT、MR 等图像，外接图像的大小和位置均可调节；
- 14) 内镜信息交流：内镜信息（使用具有 ID 功能的内窥镜时），内镜信息存储功能（用户名/ID/评价/检查时间），自动白平衡；
- 15) 次屏幕显示功能：静态图像和动态图像同时显示；
- 16) 兼容电子腹腔镜、电子输尿管软镜、电子膀胱镜、电子鼻咽喉镜等；
- 17) 可接软、硬性内镜摄像头（3CCD/单 CCD），摄像头可高温高压消毒，具有卡式连接器；
- 18) 具有内镜遥控键，可选择遥控其他设备的功能；
- 19) 脚踏功能可设定多种功能选择；
- 20) 具有直接数码存储功能。

## 2、冷光源

- 1) 功率为 300W 高辉度短弧氙灯冷光源；
- 2) 灯泡寿命：可连续使用 500 小时以上（配有灯泡寿命计时器），具有后备应急灯系统（即一个光源带 2 种灯）；
- 3) 自动调光和手动调光功能；
- 4) 具有待机功能：灯泡开关，照明开关；
- 5) 压力切换有 4 档（关闭、低、中、高）；
- 6) 灯泡自动点亮功能；
- 7) 光亮模式存储器；
- 8) 具有广泛的兼容性，适合于任何内镜使用的高级照明设备；
- ▲9) 可连接电子内窥镜、纤维内窥镜、普通光学视管等。

## 3、高清电子腹腔镜 2 条

- 1) 数字 HDTV-CCD，先端部芯片技术，免调焦，呈现 16:9 高清画面；
- ▲2) 视野角：≥85 度；
- ▲3) 先端部外径：≤5.4mm，工作长度：≥370mm；
- 4) 具备多角度弯曲功能；
- 5) 手柄上有三个遥控按钮，可以设置多种不同遥控功能；
- 6) 可以高温高压消毒灭菌。

## 4、高清电子腹腔镜 1 条

- 1) 数字 HDTV-CCD, 先端部芯片技术, 免调焦, 呈现 16:9 高清画面;
- 2) 视野角:  $\geq 100$  度;
- 3) 先端部外径:  $\leq 10\text{mm}$ , 工作长度:  $\geq 370\text{mm}$ ;
- 4) 具备多角度弯曲功能;
- 5) 手柄上有三个以上遥控按钮, 可以设置多种不同遥控功能;
- ▲6) 具有主动防雾功能;
- 7) 可以高温高压消毒灭菌。

## 5、监视器

- 1) 26 英寸全 HD 的 LCD 面板;
- 2) 分辨率:  $1920 \times 1080$ , 屏幕宽高比 16:9;
- 3) 高亮度, 高对比度, 水平、垂直 178 度超宽视角;
- 4) 各种输入/输出端口, 包括 3G/HD/SD SDI (2)、DVI-I ( $\times 2$ )、HD15、Y/C、和 VIDEO;
- 5) 多种显示模式, 包括画中画 (PIP)、画外画 (POP) 和克隆输出;
- 6、医疗适用的白色外观设计。

## 6、高清影像作业平台

- 1) 产品可适用于来自超声波, 数字 X 射线, 内窥镜, 腹腔镜以及其他兼容的诊断和手术成像系统的高清视频, 能提供与各种最新设备和传统设备的连接选件;
- 2) 视频品质: 高清 HD ( $1920 \times 1080\text{P}$ );
- 3) 录制时间: 高清 10 分钟 1GB;
- 4) 输出监视器信号: HDMI, AVI;
- 5) USB 接口: USB 3.0/2.0;
- 6) 速率: Max: 16Mbps;
- 7) 可外接存储设备: 移动硬盘最大支持 2TB, U 盘最大支持 64GB。

## 7、内窥镜台车

- 1) 主要放置于内窥镜系统设备, 可高度调节的 360 度旋转大屏幕显示支架;
- 2) 台面上方装有活动的万向支臂, 可悬挂显示器, 标配承重  $\leq 9\text{kg}$ , 可选最大承重  $\leq 21\text{kg}$ ;
- 3) 电源接线槽位设计, 方便各层设备仪器供电;
- 4) 脚轮: 超静音医疗脚轮。

## (二) 配置清单

序号	配置项	数量
1	全高清摄像主机	1 台
2	冷光源	1 台
3	高清电子腹腔镜	2 条
4	高清电子腹腔镜	1 条
5	监视器	1 台
6	高清影像作业平台	1 台
7	内窥镜台车	1 台
8	相关使用维修说明书	1 套

## 四、商务要求（适用于所有合同包）

1、交货时间：合同签订后 1 个月内到货或按招标人需求，提前 2 个月通知中标人到货时间。

2、经验要求：投标人企业在经营范围内投标，且近年来资信良好，履约能力强，没有违法记录。

3、报价要求：

1) 投标人应报货交招标人指定地点/仓库（包括安装至指定位置）人民币含税价（包括但不限于运输装卸、保险、安装、培训辅导、保修及售后服务、关税、销售税、其他税以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用），并按开标一览表及投标分项报价表进行明细报价。

2) 投标人漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向招标人收取任何费用。

3) 投标人对本项目只能有一个报价，招标采购单位不接受有选择的报价。

4、供货要求：按照招标人要求到货并完成安装调试。

5、质保期（服务期）：以“四、售后服务及培训要求”为准。

6、验收要求：设备到货验收后，中标人必须免费安装调试至能正常使用，并免费培训操作。货物安装验收合格后，应有技术人员对使用方操作人员进行现场培训，至能掌握操作方法和简单的维修后方可离去。

**★7、付款方式：**

本合同的每笔款项以人民币方式支付，支付的方式和进度如下：

1) 合同设备全部到工地或指定地点交付并完成安装及验收后, 凭中标人开具的正式发票, 发票中货物名称、型号规格必须与注册证一致, 注册证号(卫生许可证号、卫生许可证批号或计量证号) 全称在货物名称后标注, 由招标人在两个月内完成 90%货款的支付手续。

2) 剩余 10%货款作为质保金, 在设备质保期结束后(以签字验收日期为准), 由中标人提出申请, 招标人在 15 个工作日内向中标人完成支付手续。

8、投标文件中要求列出投标设备耗材价格清单, 并要求提供设备耗材的医疗器械注册证(如国家有相关规定)。

9、同意招标人以任何形式对投标人的投标文件内容及招标人认为有必要的相关资料的真实性和有效性进行审查、验证

10、中标人应在中标通知书发出之日起五个工作日内, 按招标文件合同格式的要求完成合同文本编制, 并递交招标人审核; 如出现中标人不能按期递交合同文本, 拖延合同签订进度的情况, 招标人将记录在案; 每拖延一日, 招标人有权按合同总价的千分之五扣减履约保证金。(如招标项目不要求缴纳履约保证金, 则招标人有权在合同支付过程中按合同总价的千分之五扣减支付款项)

★11、投标人所投设备必须具备仍在有效期内, 由药品监督管理部门颁发的《医疗器械注册证》, 并在投标文件中提供相关材料的有效复印件。

★12、投标人若不是所投设备制造商的, 必须在投标文件中提供制造商出具的经销代理授权资格的有效证明材料。

## 五、售后服务及培训要求(适用于所有合同包)

### 1、质保期内售后服务、培训、维修保障要求

★1) 整机保修 2 年(含电池、导联线、零配件以及第三方产品等), 终身维修保养, 软件免费升级;

2) 维护要求: 需广州有维修服务中心, 具有良好的售后服务;

3) 应急维修时间安排: 报修后, 2 小时内响应, 24 小时内维修到位;

4) 技术人员培训: 保证操作者完全熟悉操作仪器的全部功能;

▲5) 所采购设备具有以下功能的, 需配合免费开放接口, 同时提供文档说明书, 允许医院调用使用过程中产生的医疗相关数据。

5.1 具有标准数字输出端口;

5.2 具备 DICOM 接口，即医学数字成像和通信接口功能；

5.3 具备 WORKLIST 功能：Wordlist 成像设备工作列表，它是 DICOM 协议中众多服务类别中的一个、它的功能是实现设备操作台与登记台之间的通讯，完成成像设备和信息系统的集成；

5.4 具备 MPPS 功能，即设备操作步骤过程，应用 MPPS 服务，成像设备就可以向 PACS、RIS 系统传递检查执行过程中的各类状态信息，从而改善和加强工作流程和管理。

**★6) 要求由各合同包原生产厂家或者由厂家授权的售后服务代理商出具以上“质保期内售后服务、培训、维修保障要求”的承诺函。（提供承诺函）**

## 2、质保期后的全保保修服务要求

该质保期后的全保保修服务不包含在本次招标报价中，投标人须按照以下服务要求在投标文件中作出响应及承诺。

1) 投标人需提供 7 天×24 小时免费维修服务响应热线，提供嵌入式远程在线技术咨询和维修诊断；

2) 投标人需在广州设有维修服务部门，维修工程师需经过医疗设备生产厂家培训及考核；

3) 投标人需提供定期的上门维护保养、质控服务：每年需提供定期的上门巡检、维护设备的服务；

4) 投标人维修设备时所更换的备件应是原设备生产厂家认证合格的全新零配件，满足设备运行要求，不会给设备带来危害，备件供应 100%保障；

5) 投标人免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持，并保证所有系统软件（非功能软件）为最新版本；

6) 投标人维修工程师上门对设备进行检测、维护或维修时，免收上门服务费、人工费、维修费、检测费和交通费等相关费用；

7) 投标人维修设备时需更换的备件价格不得高于市场平均价。具体优惠折扣与院方进行协商；

8) 投标人提供其他能确保设备正常运行的定期培训活动等；

**★9) 要求由各合同包原生产厂家出具以上“质保期后的全保保修服务要求”的承诺函，并盖章。（提供承诺函）**

# 第三章 投标人须知

## 投标人须知前附表 1

本须知前附表的“条款号”是与《投标人须知》中条款的项号相对应的。如果有矛盾的话，应以本须知前附表为准。

项号	条款号	编 列 内 容
1	1.1	项目名称：广东省人民医院采购医疗设备招标项目（31） 招标人名称：广东省人民医院 招标编号：2018-MYGDZC001
2	3	资格标准： 详见投标邀请函“投标供应商资格要求”以及第三章“投标人须知”第3条“合格的投标人”。
3	11.1	投标有效期：投标截止期结束后 <u>90</u> 个日历日。 有效期不足将导致其投标文件被拒绝。
4		投标文件递交时间及地址：见第一章投标邀请。 投标截止时间：见第一章投标邀请。
5	12	投标保证金： 在投标截止时间前，投标人应按所投合同包为单位提交投标保证金： 合同包一保证金为人民币贰万陆仟元整（¥26,000.00）； 合同包二保证金为人民币贰万捌仟元整（¥28,000.00）； 合同包三保证金为人民币肆万元整（¥40,000.00）。 投标人应自行办妥、缴交至招标代理机构指定账户，投标保证金以截标前实际到账为准（投标人应在银行受理单据上标明招标编号及合同包号，并在用途一栏上注明“保证金”），截标前投标人应提供银行转账受理回执单据等，不能在投标现场缴交现金或以个人名义交纳投标保证金。
6	19.1	评标方法、标准及定标原则（含推荐中标候选供应商数量）：详见《投标人须知前附表3》。
7	4.2	中标咨询服务费标准及缴纳方式： 招标代理机构按物价部门核定的标准向每个合同包中标人收取中标咨询服务费，收费标准具体为：按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）货物招

项号	条款号	编 列 内 容
		<b>标收费标准计取。</b> 中标人在领取中标通知书时，应以转帐支票、汇票、现金等付款方式向招标代理机构一次性付清中标咨询服务费。
8	13.1	投标人须编制符合规定的投标文件正本壹份，副本伍份，电子版壹份，并在封面标明“正本”、“副本”字样。
9		招标文件中带“★”条款均为必须响应条款，投标人的投标文件对这些条款不满足或负偏离，将导致其投标为无效投标。
10		招标文件中带“▲”条款均为重要条款，投标人的投标文件对这些条款不满足或负偏离，将对其技术、商务评议得分造成影响。
11		<p><b>重要提示：</b></p> <p>1、交通拥堵，递交投标文件请提前做好准备。在规定的投标截止时间之后送达的投标文件将被拒收，敬请谅解。</p> <p>2、请注意区分投标保证金及中标服务费收款账号的区别，务必将保证金按招标文件的要求存入指定的保证金专用账户，中标服务费存入中标咨询服务费及招标文件费专用账户。切勿将款项转错账户。</p> <p>3、考虑到银行上班时间较迟，投标保证金应提前缴交并到帐，未按规定按时足额提交投标保证金或投标保证金未实际到帐的投标文件将被视为无效投标。</p> <p>4、投标人代表在投标当日应另行携带加盖投标人公章的银行转账底单复印件，交代理机构相关财务人员，以便开具投标保证金收据。</p> <p>5、为了提高招标效率，节约社会交易成本与时间，希望购买了招标文件而决定不参加本次投标的供应商，在投标文件递交截止时间的3日前，按《投标邀请函》中的联系方式，以书面形式告知招标代理机构。对您的支持与配合，谨此致谢。</p>

## 投标人须知前附表 2：资格性、符合性检查表

本须知前附表 2 集中列示了资格性、符合性检查的所有条款，其内容是评标委员会判断投标人的投标是否有效的重要依据。

### 《资格性及符合性检查表》

序号	审查内容
1	按招标文件规定的金额和办法缴纳了投标保证金
2	①投标报价未超过本项目最高限价 ②对所投包号的全部招标内容进行投标报价 ③投标报价不低于成本价, 且是唯一确定的
3	准入条件： （1）提供《投标函》，报价有效期为报价截止日后的 90 天 （2）提供《关于资格的声明函》 （3）投标人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，并具有从事本项目相关的经营范围和能力。投标人必须在投标文件中提供法人营业执照（或事业法人登记证）（副本）复印件、组织机构代码证（副本）以及税务登记证（副本）复印件【三证合一投标人只需提供有效的营业执照（或事业法人登记证）副本复印件】 （4）投标人应当具备仍在有效期内的由食品药品监督管理部门颁发的《中华人民共和国医疗器械生产许可证》或《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》，并在投标文件中提供相关材料的有效复印件 （5）参加本次采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录，在投标文件中提供加盖投标人公章的书面声明材料 （6）参与本项目投标人的法定代表人及其授权代表须具有当地检察机关出具的《无行贿犯罪档案记录证明》原件 （7）本项目不接受联合体形式的投标
4	提供法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书(原件)
5	按照招标文件规定要求签署、盖章
6	投标文件对招标文件的实质性技术与商务的（即带★号条款）条款不产生偏离（投标文件中技术参数、功能或其他内容优于招标要求部分不视作偏离）
7	符合招标文件中规定的其他实质性要求
8	符合法律、法规规定的其他实质性要求

## 投标人须知前附表 3：评标方法、评标标准、定标原则

### (适用于所有合同包)

一、评标方法：综合评分法。

二、评标标准

(一)具体的评标标准：对所有投标人的投标文件评审，都采用相同的程序 and 标准。首先，由评标委员会根据招标文件要求(无效投标界定)，审核各投标文件是否合格、有效，凡不符合专业条件要求和未实质性响应招标文件要求的投标均不进入评分程序。通过以上审核，单个合同包有三家或三家以上符合专业条件要求并对招标文件作出实质性响应的投标人，则依照以下标准和权重进行评分。

1、技术因素分 F1 (满分 60 分)；

评审项目	评议内容	分值	评分细则
技术	所投货物对用户 需求书中带▲号 的重要技术参数 的符合性	20	<p>所投产品技术参数全部满足用户需求书中带▲号的重要技术参数，得 20 分；</p> <p>所投产品技术参数满足用户需求书中带▲号的重要技术参数数量占全部带▲号的重要技术参数数量的比例在 80%~100%的（不含 100%），得 12-20 分(不含 20 分)；</p> <p>所投产品技术参数满足用户需求书中带▲号的重要技术参数数量占全部带▲号的重要技术参数数量的比例在 80%以下的（不含 80%），得 0-12 分(不含 12 分)。</p> <p>所有投标人须提供投标产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。</p>
	所投货物技术参 数及性能、配置 与技术规格参数 的符合性	20	<p>完全满足用户需求书中不带▲号的一般技术参数，得 20 分；</p> <p>部分满足用户需求书中不带▲号的一般技术参数，得 10-20 分(不含 20 分)；</p> <p>基本不满足用户需求书中不带▲号的一般技术参数，得 0-10 分(不含 10 分)。</p> <p>所有投标人须提供投标产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。</p>
	所投货物的先进 性及稳定性、可 靠性	4	由评委对各投标人的货物进行评议及打分，优 3-4 分、良 1.5-3 分、一般 0-1.5 分（提供货物先进性证明资料）。
	投标人提供售后	6	由评委对各投标人的提供的售后服务内容(包括质保期、维护保

评审项目	评议内容	分值	评分细则
	服务的内容(包括质保期、维护保养方案等)比较		养方案等)是否完善具体,各阶段服务计划是否详尽进行综合评议及打分,优5-6分、良1.5-5分、一般0-1.5分
	所投货物制造商的生产水平及知名度、在中国的业绩比较	10	由评委对各投标人的货物制造商的生产水平及知名度、在中国的业绩进行评议及打分,客户数量多、综合比较优8-10分;客户数量次之、综合比较良4-8分;客户数量少、综合比较一般0-4分。(提供货物制造商生产水平及知名度介绍及在中国的业绩客户清单、联系方式)。

2、商务因素分 F2 (满分 10 分);

评审项目	评议内容	分值	评分细则		
			优	中	差
商务	合同条款的响应性	1	全部响应 (1分)	部分响应 (0-1分)	无响应 (0分)
	投标人的财务状况 (以财务报表,审计报告、资产负债表、损益表为准)	2	综合评价优胜 (1.5-2分)	综合评价次之 (1-1.5分)	综合评价差或 无提供财务报表 (0-1分)
	投标人2014年1月至今 同类产品的业绩经验 (提供以投标人名义签订的 合同复印件或中标通知书复 印件作为评价证明资料)	5	业绩数量多综合评价 优胜 (4-5分)	业绩数量次之综合评价 良 (2-4分)	业绩数量少综合评价 差 (0-2分)
	投标人的资质水平和履 约能力	2	资质水平和履约能力综合 评价优胜 (1.5-2分)	资质水平和履约能力综合 评价次之 (1-1.5分)	资质水平和履约能力综合 评价差 (0-1分)

3、价格因素分 F3 (满分 30 分)

评标基准价计算方法统一采用低价优先法,即满足招标文件要求且投标评审价格最低的投标报价作为评标基准价,其价格分为满分。其他投标人价格分按下列公式计算:

$$\text{投标报价得分} = \frac{\text{评标基准价}}{\text{有效投标报价}} \times 30$$

4、综合比较与评价 F:

评标委员会成员分别就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较,评出其技术评分和商务评分。各评委评分的算术平均值即为该投标人的技术评分或商务评分。然后,根据价格分公式评出价格得分。各个通过投标文件初审的投标人评标总得分 F= F1+F2+F3 (评标总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位)。

(二) 推荐中标候选人名单。1、中标候选人数量：1个。2、中标候选人排列顺序。经投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价评标程序后，按以下办法推荐中标候选人名单的排列顺序，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按下列顺序比较并确定：(1) 投标报价（由低到高）；(2) 技术得分（由高到低）。如上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。

### 三、定标原则：

确定中标供应商数量：1个

招标人委托招标代理机构招标，在收到评标报告之日起 3 日内，按照评标报告中推荐的意见确定中标供应商。

# 一、说明

## 1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于投标邀请中所述项目的招标。

## 2. 定义

2.1 “招标人”系指本次本项目的业主方，即广东省人民医院。

2.2 “招标代理机构”系指组织本次招标采购项目的广东明盈招标代理有限公司。

2.3 “招标采购单位”系指组织本次招标活动的招标人或招标代理机构。

2.4 “投标人”系指购买了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商或供货商。

2.5 “中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

### 2.6 合格的货物和服务

2.6.1 “货物”系指投标人按招标文件规定向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料等。投标的货物必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

2.6.2 “服务”系指与本项目有关的除货物和工程以外的其他标的内容,其中包括:投标人须承担的运输、安装、调试、校准、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

## 3. 合格的投标人

3.1 投标人应当具备承担招标项目的能力。

3.2 投标人应符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求。

3.3 投标人应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

3.4 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包号投标或者未划分包号的同一招标项目投标。存在以上情形的投标人应主动予以回避，否则自行承担相应的法律责任及后果。

## 4. 投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标

代理机构和招标人均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标向中标人收取的中标服务费，按国家有关规定执行。

## 二、招标文件

### 5. 招标文件的组成

5.1 招标文件用以阐明所需货物及服务招标程序、内容和合同主要条款。招标文件由下述部分组成：

- (1) 投标邀请函
- (2) 用户需求书
- (3) 投标人须知
- (4) 合同书格式（参考文本）
- (5) 投标文件格式

5.2 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

### 6. 招标文件的澄清

6.1 投标人对招标文件如有疑点、异议，可要求澄清。要求澄清应当在投标截止时间 10 日前以书面的形式通知招标采购单位。招标采购单位对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。招标采购单位可根据需要组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式通知所有招标文件收受人。

6.2 投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标采购单位将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

### 7. 招标文件的修改

7.1 招标采购单位可以对已发出的资格预审文件或者招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件或者投标文件编制的，招标采购单位应当在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；

不足 15 日的，招标采购单位应当顺延投标文件的截止时间。

7.2 为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑投标文件的修改，招标采购单位可酌情推迟投标截止时间和开标时间，但应当至少在投标截止时间 3 个日历日前在原采购信息发布媒体上发布更正公告，以将变更时间通知所有招标文件收受人。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

### 三、投标文件的编写

#### 8. 要求

8.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将被拒绝。

8.2 除非有另外的规定，投标人可对招标货物（或服务）一览表所列的全部合同包或部分合同包进行投标。招标代理机构不接受有任何可选择性的报价，每一种货物（或服务）只能有一个报价。

8.3 投标人提交的资格证明文件、投标价格构成文件和技术响应文件、商务响应文件都是评标委员会进行评标的主要依据，投标供应商提供的资料尽可能详尽。

8.4 投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

#### 9. 投标文件语言

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9.2 除非招标文件中另有规定，投标人在投标文件中及其与招标采购单位的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 10. 投标文件的组成

10.1 投标文件应包括但不限于本招标文件第五章《投标文件格式》的内容，投标人可根据自身实际情况补充或修改。

#### 11. 投标有效期

11.1 投标文件从投标人须知前附表 1 第 3 项所规定的投标截止期之后开始生效，在投标人须知前附表第 3 项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。

11.2 特殊情况下招标代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在招标代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

## 12. 投标保证金

12.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

12.2 投标人应在提交投标文件之前向招标代理机构指定的账户缴交投标人须知前附表 1 第 5 项要求的投标保证金。

12.3 投标保证金用于保护本次招标活动免受投标人的行为而引起的风险。

12.4 投标保证金的提交形式见投标人须知前附表要求。

12.5 未按规定缴交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

12.6 未中标的投标人在中标通知书发出之日起 5 个工作日内，凭其出具的《投标保证金退还申请书》（见第五章附件）办理退还其投标保证金手续，保证金退还系原额无息退还。因投标人原因逾期办理的，保证金仍原额无息退返。因招标代理机构自身原因逾期未退还投标保证金的，招标代理机构除应当退还投标保证金本金外，还应当按商业银行同期一年期贷款基准利率上浮 20%后的利率向投标人支付资金占用费。

12.7 在中标人支付所有中标咨询服务费并签订合同后（若有交付履约保证金要求的，在中标人交付履约保证金并签订合同后）5 日内，招标代理机构对中标人凭其签订的合同副本和出具的《投标保证金退还申请书》（见第五章附件）予以原额无息退还其投标保证金。因中标人原因逾期办理的，保证金仍原额无息退还。

12.8 投标保证金的有效期为投标有效期及其后的 30 个日历日。

12.9 发生以下情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在投标截止时间后，投标有效期内撤回投标；
- (2) 中标人未能按本须知第 22 条规定签订合同；
- (3) 中标人未按投标人须知前附表规定缴交中标咨询服务费；

- (4) 中标人未按招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；
- (6) 本招标文件中规定的其他没收投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情形给招标采购单位造成损失的，相关责任人还应当承担赔偿责任。

### 13. 投标文件的格式

13.1 投标人须编制由本须知第 10 条规定文件组成的投标文件正本壹份，副本伍份，电子版壹份，正本必须用 A4 等标准幅面纸张打印装订（相关证明材料可以按招标文件要求直接使用有效的且加盖投标人公章的原件、复印件或资料彩页等），副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。图纸等特殊资料可以使用 A4 以外的标准幅面纸张打印装订。

13.2 投标文件应由投标人的法定代表人或者其授权代表签字并加盖公章，如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”。

13.3 除非有另外的规定或许可，投标使用货币为人民币。

13.4 投标人应提交证明其拟供货物（服务）符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物（服务）主要技术性能的详细描述。

13.5 投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权代表签署，盖投标人公章。

13.6 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标代理机构的指示进行的，或者是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应当由法定代表人或授权代表签字证明或加盖校正章。

13.7 未按本须知规定的格式填写投标文件、投标文件字迹模糊不清的，其投标将被拒绝。

13.8 所有资格证明文件复印件须注明与原件一致并加盖投标人公章。

13.9 投标人应将上述文件按顺序胶装或装订成册、打印页码，并编列投标文件目录、资料清单，由于装订不规范或编排顺序混乱而导致投标文件被误读或漏读，该投标可能被视为无效投标或承担不利的评标结果。

13.10 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

## 四、投标文件的提交

### 14. 投标文件的密封、标记和递交

14.1 投标人须编制符合本须知所作要求的开标一览表一式二份，一份与投标文件电子版、保证金转账凭证复印件及投标保证金退还申请书等一同密封提交，并在信封上清晰标明“唱标信封”字样；一份编入投标文件中。

14.2 投标人应将投标文件正本和所有的副本分别用信封密封，并标明招标编号、投标合同包号、投标人名称、投标项目名称及“正本”或“副本”字样。

14.3 每一信封密封处应注明应“于 \_\_\_\_\_ 之前（指招标邀请中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样，并加盖投标人公章或由投标代表签字。

14.4 唱标信封、投标文件未密封将导致其投标人的投标被拒绝。

14.5 如果投标文件由邮局或专人送交，投标人应将投标文件按照本须知第 14.1 条至第 14.4 条的规定进行密封和标记后，按投标人须知前附表 1 注明的地址送至接收人。

14.6 如果未按上述规定进行密封和标记，招标代理机构将不承担由此造成的对投标文件的误投或提前拆封的责任。

14.7 投标文件应在投标邀请中规定的截止时间前送达，迟到的投标文件为无效投标文件，将被拒收。

14.8 投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为投标文件的组成部分。

14.9 投标人在投标截止时间后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止时间后修改投标文件的，其投标将被拒绝。

14.10 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足 3 家的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将按规定重新组织招标或者采取其他方式采购。

## 五、投标文件的评估和比较

### 15. 开标、评标时间

15.1 在投标人须知前附表 1 中所规定的时间、地点开标（如有推迟情形，以推迟后

的时间、地点为准)。

15.2 开标由招标代理机构主持，邀请招标人、投标人和有关方面代表参加。投标人一般应派授权代表参加开标会，并办理签到手续。

15.3 开标时，由监标人或者投标人共同推举的代表检查投标文件的密封情况。招标代理机构对符合密封要求的投标文件按照提交投标文件时间的先后顺序（或者逆顺序）当场逐一拆封，由开标会主持人按规定宣唱“开标一览表”等规定内容。招标代理机构对唱标内容作开标记录，如开标记录表上内容与投标文件不一致时，投标人代表须当场提出。开标记录表由记录人、唱标人、投标人代表和有关人员共同签字确认。开标唱读内容与投标文件内容不一致时，均以公开唱读为准。

15.4 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标采购单位应当当场作出答复，并制作记录。

## 16. 评标委员会

16.1 招标代理机构根据招标货物（服务）的特点依法组建评标委员会。评标委员会由技术、经济、法律方面的专家和招标人代表组成。成员为 5 人或以上单数组成，专家人数不能少于 2/3。在开标后的适当时间里由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

## 17. 投标文件的初审

对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标候选人的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

投标人任何试图影响评委会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，并被没收投标保证金。

17.1 评委会将对投标文件进行审查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署。

17.2 算术错误将按以下方法更正：

(1) 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

(2) 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总

价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果投标人不接受按上述方法对投标文件中的算术错误进行更正，其投标将被拒绝并没收其投标保证金。

### 17.3 资格性检查和符合性检查

依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，评标委员会将依据投标人提交的投标文件按投标人须知前附表 2 第 2 项所述的《资格性及符合性检查表》对投标人进行资格性及符合性审查。不满足招标文件所规定的资格性及符合性审查内容的，其投标将被拒绝。

评标委员会决定投标人的投标响应情况只根据其投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

## 18. 投标文件的澄清

18.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当在评标委员会规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

18.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

## 19. 比较与评价

19.1 评标委员会将按投标人须知前附表 3 所述评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.2 对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效投标人该项最高报价加入漏（缺）报人的评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

19.3 若投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，投标人应按评标委员会要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效投标处理。

19.4 评标委员会将按比较与评价最优在先原则，排列评价顺序，根据在投标人须知前附表 3 中确定的中标候选人数量推荐出中标候选人。

19.5 在评标期间，若出现符合本须知规定的所有投标条件的投标人不足三家情形的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将按规定重新组织招标

或者采取其他方式采购。

## 六、定标与签订合同

### 20. 定标准则

20.1 最低投标价不作为中标的保证。

20.2 投标人的投标文件符合招标文件要求，按招标文件确定评标方法、标准，经评委评审并推荐中标候选人。

### 21. 中标通知

21.1 评标结束后，评标结果经招标人确认后，招标代理机构方应在刊登本招标项目招标公告的媒介上对中标结果进行公告，并招标代理机构向中标供应商发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

21.2 招标代理机构将在《中标通知书》发出的同时将《未中标通知书》发送给未中标的其他投标人，请未中标的投标人到招标代理机构领取。

21.3 《中标通知书》将作为签订采购合同的依据。采购合同签订后，《中标通知书》成为合同的一部分。

21.4 招标代理机构应当在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，在招标人与中标供应商签订合同后（若有交付履约保证金的，则在中标供应商交付履约保证金后）5日内，退还中标供应商的投标保证金。

### 22. 签订合同

22.1 招标人、中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起30日内，根据招标文件确定的事项和中标供应商投标文件，参照本招标文件第四章的《合同书格式》文本签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任。属中标供应商责任的，招标代理机构将没收其投标保证金，以抵偿对招标人造成的损失。招标人逾期不与中标供应商签订合同的，按招标投标法的有关规定处理。

22.2 招标文件、招标文件的修改文件、中标供应商的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订采购合同的组成部分，并与合同一并作为本招标文

件所列采购项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

22.3 采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同需要变更的，招标人应将有关合同变更内容，以书面形式报监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，招标人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报监督管理机关备案。

## 23. 异议

23.1 对于招标文件有异议的，应当在投标截止时间前 10 日提出；对于评标结果的异议，应当在公示期内提出。

23.2 异议应当以书面形式（加盖投标人公章）在异议有效期限内向招标采购单位提交质疑书原件，逾期质疑无效。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

23.3 异议内容不得含有虚假、恶意成分。依据谁主张谁举证的原则，异议者提供的异议书应当包括下列主要内容：具体的异议事项、事实依据及相关确凿的证明材料和注明事实的确切来源、投标人名称、联系人与联系电话、异议时间，异议书应当署名并由法定代表人签字盖章并加盖公章。招标采购单位受理书面质疑书原件之日起，在规定的期限内做出答复。对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意异议者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达二次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

异议受理机构名称：广东明盈招标代理有限公司

异议受理机构地址：广州市越秀区东风中路 363 号国信大厦 35 楼 3501 室

异议受理联系人：陈小姐

异议受理机构电话：020-37650664

异议受理机构传真：020-37654254

## 七、适用法律、规章及政策

24. 招标人、招标代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

## 第四章 合同书格式（参考文本）

注释：

1、本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得偏离实质性条款。

2、中标人应在中标通知书发出之日起五个工作日内，按招标文件合同格式的要求完成合同文本编制，并递交招标人审核；如出现中标人不能按期递交合同文本，拖延合同签订进度的情况，招标人将记录在案；每拖延一日，招标人有权按合同总价的千分之五扣减履约保证金。（如招标项目不要求缴纳履约保证金，则招标人有权在合同支付过程中按合同总价的千分之五扣减支付款项）

# 广东省人民医院采购

（货物类）

## 合 同 书

招 标 编 号：\_\_\_\_\_

项 目 名 称：\_\_\_\_\_

合 同 包 名 称：\_\_\_\_\_

合 同 包 号：\_\_\_\_\_

签 订 地 点：\_\_\_\_\_



- 5.2.2 乙方交货地点：运输及卸车至甲方指定地点。设备到达医院必须通知设备科到场对外包装进行检查并与使用科室一起进行清点，提供设备安全使用注意事项（需盖红章）供设备科打印设备使用警示标志。
- 5.3 合同设备的安装
  - 5.3.1 乙方负责合同项下的安装，一切费用由乙方负责。
  - 5.3.2 乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。
- 5.4 设备的验收
  - 5.4.1 合同设备安装完成后 20 个工作日内验收（有书面约定的除外），验收应在甲乙双方共同参加下进行。放射性同位素和放射设备的验收需邀请职防院检定合格方办理验收手续（检测费用由中标方负责）。验收时请带齐中标通知书复印件、合同复印件、收货单、安装单、加盖红章的注册证、产品合格证、培训记录（须经设备使用科室培训参与人员及科室主任签字确认）各一份。
  - 5.4.2 验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应作出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。
  - 5.4.3 如果合同设备运输和安装过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同设备安装的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。
- 5.5 乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

## 6. 质量保证及售后服务

- 6.1 乙方保证合同设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。
- 6.2 合同设备质保保用期为本项目有关部门验收签字之日起 2 年，（含电池、导联线、零配件以及第三方产品等）。

（1）质保保用期内厂商必须进行最少一次的维护保养，维护保养情况需进行记录，记录表交设备科存档。

（2）质保保用期内非因甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方应在收到甲方通知后按照甲方要求派员到现场维修（技术要求另有规定除外）。

下列情况乙方不负责免费保修：

- （1）不按照乙方提供的正确使用方法而引致设备故障损坏；
- （2）擅自改装设备；
- （3）各种人为因素或天灾等外来因素造成的损坏。

- 6.3 因设备的质量问题而发生争议，由广东省或广州市质检部门进行质量鉴定。设备符合质量

标准的，鉴定费用由甲方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

- 6.4 乙方无偿培训甲方维修人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按甲方安排。

#### 7. 付款方式：

- 7.1 本合同的每笔款项以人民币方式支付，支付的方式和进度如下：

7.1.1 合同设备全部到工地或指定地点交付并完成安装及验收后，凭中标人开具的正式发票，发票中货物名称、型号规格必须与注册证一致，注册证号（卫生许可证号、卫生许可证批号或计量证号）全称在货物名称后标注，由甲方在两个月内完成 90% 货款的支付手续，即人民币\_\_\_\_\_元整。

7.1.2 剩余 10% 货款作为质保金，在设备质保期结束后（以签字验收日期为准），由中标人提出申请，甲方在 15 个工作日内向乙方完成支付手续，即人民币\_\_\_\_\_元整。

#### 8. 技术服务

8.1 乙方应派员到甲方指定地点配合工作。

8.2 乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

#### 9. 不可抗力

9.1 不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

9.2 签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

#### 10. 索赔

10.1 如有异议，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

10.2 在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

（2）根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和 risk 并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

10.3 如果在甲方发出索赔通知后 30 天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出

不足部分的补偿。

## 11. 违约与处罚

- 11.1 甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天乙方向甲方加收合同金额的 3% 的违约金。
- 11.2 乙方未能按时交货，每拖延 1 天，须向甲方支付合同金额的 5% 的违约金。
- 11.3 乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同金额的 5% 的违约金。
- 11.4 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同金额的 5% 的违约金。
- 11.5 乙方未能交付货物，则向甲方支付合同金额的 7.5% 的违约金。

## 12. 合同终止

如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在 30 天内仍未能改正违约的另一方可立即终止本合同。

## 13. 法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则由合同签订所在地仲裁机构仲裁或向合同签订所在地人民法院提起诉讼（仲裁或诉讼任选一种）。受理期间，双方应继续履行合同其余部分。

## 14. 其他

- 14.1 本合同正本一式五份，具有同等法律效力，甲方 3 份，乙方 1 份，招标机构 1 份。合同自签字之日起即时生效。本合同所有正本均由乙方企业法人代表正式授权并对本合同有约束力的代表签字（合同中附有法人授权函原件）或由乙方企业法人代表签字（合同中附有企业法人代表证明函原件）。
- 14.2 本合同未尽事宜，由双方协商处理。

甲方：广东省人民医院

乙方：\_\_\_\_\_公司

法人代表：

法人代表：

签约代表：

签约代表：

地址：

地址：

电话：

电话：

传真：

传真：

签约日期：2018 年 月 日

签约日期：2018 年 月 日

签约地点：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

## 第五章 投标文件格式（参考文本）

注释：

《投标文件格式》是投标人的部分投标文件格式和签订合同时所需文件的格式。投标人应参照这些格式文件制作投标文件。

# 投 标 文 件

（正/副本）

项 目 名 称 ： \_\_\_\_\_

招 标 编 号 ： \_\_\_\_\_

合 同 包 名 称 ： \_\_\_\_\_

合 同 包 号 ： \_\_\_\_\_

投 标 人 名 称 ： \_\_\_\_\_

日 期 ： \_\_\_\_\_

# 投标文件目录

- 一、自查表
- 二、资格性文件
- 三、商务部分
- 四、技术部分
- 五、价格部分

注：1. 请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

2. 唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：

- 2.1 开标一览表
- 2.2 投标函
- 2.3 法定代表人授权书
- 2.4 投标保证金交付收据复印件
- 2.5 退保证金说明（正本）

## 一、自查表

### 1.1 资格性/符合性自查表

评审内容	招标文件要求	自查结论	证明资料
保证金（投标保证金缴纳凭证）	人民币___元整(¥____元)(按投标人须知的要求, 银行信息正确, 提供转帐、汇款底单复印件)	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第( )页
投标报价	1) 投标报价未超过本项目最高限价 2) 对所投包号的全部招标内容进行投标报价 3) 投标报价不低于成本价, 且是唯一确定的	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第( )页
准入条件	<p>(1) 提供《投标函》, 报价有效期为报价截止日后的90天</p> <p>(2) 提供《关于资格的声明函》</p> <p>(3) 投标人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织, 并具有从事本项目相关的经营范围和能力。投标人必须在投标文件中提供法人营业执照(或事业法人登记证)(副本)复印件、组织机构代码证(副本)以及税务登记证(副本)复印件【三证合一投标人只需提供有效的营业执照(或事业法人登记证)副本复印件】</p> <p>(4) 投标人应当具备仍在有效期内的由食品药品监督管理部门颁发的《中华人民共和国医疗器械生产许可证》或《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》, 并在投标文件中提供相关材料的有效复印件</p> <p>(5) 参加本次采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录, 在投标文件中提供加盖投标人公章的书面声明材料</p> <p>(6) 参与本项目投标人的法定代表人及其授权代表须具有当地检察机关出具的《无行贿犯罪档案记录证明》原件</p> <p>(7) 本项目不接受联合体形式的投标</p>	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第( )页
法定代表人资格证明书及授	按对应格式文件签署、盖章(原件)	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第( )页

评审内容	招标文件要求	自查结论	证明资料
权委托书			
投标文件 签署、盖章	按照招标文件规定要求签署、盖章	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件整体
带★条款 的技术、商 务要求响 应	投标文件对招标文件的实质性技术与商务的(即带★号条款)条款不产生偏离(投标文件中技术参数、功能或其他内容优于招标要求部分不视作偏离)	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第( )页
其它	实质性响应招标文件中规定的其它情况	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第( )页

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期： 年 月 日

### 1.2 技术评分条款自查表

序号	评审分项	内容	证明文件（如有）
1			见投标文件（）页
2			见投标文件（）页
3			见投标文件（）页
4			见投标文件（）页
5			见投标文件（）页
6			见投标文件（）页
7			见投标文件（）页
8			见投标文件（）页
9			见投标文件（）页
...			

注：投标供应商应根据招标文件技术评分条款的各项内容填写此表。投标人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

### 1.3 商务评分条款自查表

序号	评审分项	内容	证明文件（如有）
1			见投标文件（）页
2			见投标文件（）页
3			见投标文件（）页
4			见投标文件（）页
5			见投标文件（）页
6			见投标文件（）页
7			见投标文件（）页
8			见投标文件（）页
9			见投标文件（）页
...			

注：投标供应商应根据招标文件技术评分条款的各项内容填写此表。投标人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：： \_\_\_\_\_



## 2.2 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

### (1) 法定代表人/负责人资格证明书

致：（招标人/招标代理机构）

\_\_\_\_\_同志，现任我单位\_\_\_\_\_职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：\_\_\_\_\_ 单位：\_\_\_\_\_（盖章）

附：代表人性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_ 身份证号码：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

营业执照/事业法人登记证号码：\_\_\_\_\_ 经济性质：\_\_\_\_\_

主营（产）：\_\_\_\_\_

兼营（产）：\_\_\_\_\_

进口物品经营许可证号码：\_\_\_\_\_

主营：\_\_\_\_\_

兼营：\_\_\_\_\_

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

**（为避免废标，请供应商务必提供本附件）**

法定代表人身份证正面复  
印件

法定代表人身份证反面复  
印件

## (2) 法定代表人/负责人授权委托书

致：（招标人/招标代理机构）

兹授权\_\_\_\_\_同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：\_\_\_\_\_。

授权单位：\_\_\_\_\_（盖章） 法定代表人\_\_\_\_\_（签名或盖私章）

有效期限：至\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 签发日期：\_\_\_\_\_

附：代理人性别：\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_职务：\_\_\_\_身份证号码：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

营业执照/事业法人登记证号码：\_\_\_\_\_经济性质：\_\_\_\_\_

主营（产）：\_\_\_\_\_

兼营（产）：\_\_\_\_\_

进口物品经营许可证号码：\_\_\_\_\_

主营：\_\_\_\_\_

兼营：\_\_\_\_\_

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

4、授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5、有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6、投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

法定代表人身份证正面复  
印件

法定代表人身份证反面复  
印件

## 2.3 投标保证金

### (1) 投标保证金交纳凭证

如投标单位保证金由其他单位代缴的,代缴单位在缴交保证金的同时应提交盖有代缴单位和投标人公章的证明(原件一份放于正本,另一份放于唱标信封里)。

致: 广东明盈招标代理有限公司

(投标人全称)参加贵方组织的\_\_\_\_\_项目招标编号为\_\_\_\_\_合同包号为\_\_\_\_\_的采购活动。按招标文件的规定,已通过(现金、转账、银行汇款、现金支票、银行汇票、银行保函等)形式交纳人民币(大写)\_\_\_\_\_元的投标保证金。

投标人名称:

投标人开户银行:

投标人银行账号:

说明: 上述要素供银行转账及汇款方式填写, 其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

投标人法定代表人(或法定代表人授权代表)签字:

投标人名称(签章):

日期: 年 月 日

附:

粘贴转账或汇款的银行凭证复印件

注: 1、投标人投标时,应当按招标文件要求交纳投标保证金。投标保证金可以采用现金、转账、银行汇款、现金支票、银行汇票、银行保函等形式交纳。

2、招标人在中标通知书发出后五个工作日内凭投标人投标保证金收据退还未中标供应商的投标保证金,在采购合同签订后五日内退还中标供应商的投标保证金。

## (2) 退保证金说明

致：广东明盈招标代理有限公司

我方为投标\_\_\_\_\_项目[招标编号为：\_\_\_\_\_ 合同包号为：\_\_\_\_\_]所提交的保证金\_\_\_\_\_元，请贵公司退还时划到以下账户：

收款单位	收款单位名称（全称）			
	收款单位地址			
	开户银行	银行	支行	投标单位联系人及联系电话
退款金额：	（大写）：			（小写）：

投标人（公章）：

日期：

-----  
（以下内容由招标代理机构填写，投标人须保留此表）

付款内容	退款金额大写：		（小写）：	
	<b>（以上内容由投标供应商填写，以下内容由招标代理机构填写，切勿删除！）</b>			
	发中标公告日期：		是否中标供应商：是 <input type="checkbox"/> ；不是 <input type="checkbox"/>	
	送达合同副本日期：			
	备注：			
业务经办及审批	申请人：		部门负责人：	
领导审批				
财务部门审核	会计：	出纳：	主管审核：	

## 2.4 关于资格的声明函

### 资格声明

致：（招标人/招标代理机构）

关于贵方采购项目名称：\_\_\_\_\_ 招标编号：\_\_\_\_\_ 合同包号：\_\_\_\_\_ 的投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、法人营业执照（副本）复印件；

2、组织机构代码证（副本）复印件；

3、税务登记证（副本）复印件；

（三证合一投标人只需提供有效的营业执照副本复印件）

4、投标人应当具备仍在有效期内的由食品药品监督管理部门颁发的《中华人民共和国医疗器械生产许可证》或《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》，并在投标文件中提供相关材料的有效复印件

5、参加本次采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录，在投标文件中提供加盖投标人公章的书面声明材料（格式自拟）；

6、参与本项目投标人的法定代表人及其授权代表须具有当地检察机关出具的《无行贿犯罪档案记录证明》**原件**

.....

（相关证明文件附后）

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期： 年 月 日

附表：

## 制造商（或总代理）授权书

致：（招标人/招标代理机构）

我方（制造商名称）是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的企业法人，主要营业的地点设在（制造商地址）（总代理地址）。兹授权（投标人名称）作为我方的合法代理人进行下列活动：

- 1、代表我方办理贵方招标编号为、项目名称：、子包：）的招标文件要求提供的由我方制造（或总代理）的（投标标的名称）的有关事宜，并对我方具有约束力。
- 2、作为制造商，我方保证以投标人合作者身份来约束自己，并对该投标共同和分别负责。
- 3、我方兹授权（投标人名称）全权办理和履行此项目招标文件中规定的一切事宜。兹确认（投标人名称）及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。
- 4、授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若投标人未中标，其有效期至该项目招投标活动结束时自动终止。
- 5、我方于年月日签署本文件，（投标人名称）于年月日接受此文件。

授权制造厂（总代理商）名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

投标人名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

年月日

### 三、商务部分

#### 3.1 投标人综合概况

##### (一) 投标人情况介绍表

单位名称						
地址						
主管部门		法人代表		职务		
经济类型		授权代表		职务		
邮编		电话		传真		
单位简介及机构设置						
单位优势及特长						
单位概况	注册资本	万元	占地面积	M <sup>2</sup>		
	职工总数	人	建筑面积	M <sup>2</sup>		
	资产情况	净资产	万元	固定资产原值万元		
		负债	万元	固定资产净值万元		
财务状况	年度	主营收入 (万元)	收入总额 (万元)	利润总额 (万元)	净利润 (万元)	资产负债率

注：1) 文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2) 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3) 投标人须提供近 2 年经审核过的财务报告（损益表、资产负债表、利润表）的复印件（加盖公章）。

4) 如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

(二) 供货渠道与合作机构情况

分项	基本情况	联系人/联系电话/ 传真
华南地区或广东省总代理或中国总代理或生产厂家	单位名称： 地址： 销售负责人：	Name： Tel： Fax：
关键设备 合法来源渠道 (1)	产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线：	Tel： Fax：
关键设备 合法来源渠道 (2)	产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线：	Tel： Fax：
设在广东省内的 售后服务机构情况	机构名称： 地址： 负责人： 服务机构性质：企业自有 / 委托代理	Name： Tel： Fax：

(三) 近 3 年以来同类项目业绩介绍

序号	客户名称	项目名称及合同金额 (万元)	竣工时间	联系人及电话
1				
2				
3				
4				
5				
6				
...				

注：业绩必须是已完成并通过验收的项目。投标人须提供合同复印件或验收报告加盖公章。

(四) 拟任执行管理及技术人员情况

职责分工	姓名	现职务	曾主持/参与的同类项目经历	职称	专业工龄	联系电话/手机
项目经理						
其他主要技术人员						
	...					

附：项目经理、技术人员的资历、资格文件、工作履历证明材料文件并提供以上人员社保缴费证明。

(五) 履约进度计划表

序号	拟定时间安排	计划完成的工作内容	实施方建议或要求
	拟定年月日	签订合同并生效	
	月日— 月日		
	月日— 月日		
	月日— 月日	质保期	

(六) 其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

银行信誉、使用单位评价、重合同守信用证书、主要设备的产品介绍说明资料（原装彩印）、产品在省、市医疗行业的应用情况以及商务评分要求提供的证明文件等。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期： 年 月 日

### 3.2 商务条款响应表

#### (1) 实质性商务条款 (“★”项) 响应表

序号	实质性响应商务条款要求	是否响应	偏离说明
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

注:

1. 对于上述要求, 如投标人完全响应, 则请在“是否响应”栏内打“√”, 对空白或打“×”视为偏离, 请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2. 打“★”项为不可负偏离(劣于)项。

3. 本表内容不得擅自修改。

4. 当招标文件中未设置“★”项商务条款时, 应在此表中直接填写: 本项目未设置“★”项商务条款。

投标人法定代表人(或法定代表人授权代表)签字:

投标人名称(签章):

日期: 年 月 日

(2) 非实质性商务条款响应表

序号	一般商务条款要求	是否响应	偏离说明
1	完全理解并接受合同条款要求		
2	完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求		
3	完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务		
4	交货时间：合同签订后 <u>1</u> 个月内到货或按招标人需求，提前 <u>2</u> 个月通知中标人到货时间。		
5	经验要求：投标人企业在经营范围内投标，且近年来资信良好，履约能力强，没有违法记录		
6	<p>报价要求：</p> <p>1) 投标人应报货交招标人指定地点/仓库（包括安装至指定位置）人民币含税价(包括但不限于运输装卸、保险、安装、培训辅导、保修及售后服务、关税、销售税、其他税以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用)，并按开标一览表及投标明细报价表进行明细报价。</p> <p>2) 投标人漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向招标人收取任何费用。</p> <p>3) 投标人对本项目只能有一个报价，招标采购单位不接受有选择的报价。</p>		
7	供货要求：按照招标人要求到货并完成安装调试		
8	质保期（服务期）：整机保修 <u>2</u> 年（含电池、导联线、零配件以及第三方产品等），终身维修保养，软件免费升级。		
9	验收要求：设备到货验收后，中标人必须免费安装调试至能正常使用，并免费培训操作。货物安装验收合格后，应有技术人员对使用方操作人员进行现场培训，至能掌握操作方法和简单的维修后方可离去。		
10	<p>付款方式：</p> <p>1) 合同设备全部到工地或指定地点交付并完成安装及验收后，凭中标人开具的正式发票，发票中货物名称、型号规格必须与注册证一致，注册证号（卫生许可证号、卫生许可证批号或计量证号）全称在货物名称后标注，由招标人在两个月内完成 90% 货款的支付手续。</p> <p>2) 剩余 10% 货款作为质保金，在设备质保期结束后（以签字验收日期为准），由中标人提出申请，招标人在 15 个工</p>		

序号	一般商务条款要求	是否响应	偏离说明
	作日内向中标人完成支付手续。		
11	投标文件中要求列出投标设备耗材价格清单，并要求提供设备耗材的医疗器械注册证(如国家有相关规定)。		
12	同意采购方以任何形式对我方投标文件内容及采购方认为有必要的相关资料的真实性和有效性进行审查、验证		
13	中标人应在中标通知书发出之日起五个工作日内，按招标文件合同格式的要求完成合同文本编制，并递交招标人审核；如出现中标人不能按期递交合同文本，拖延合同签订进度的情况，招标人将记录在案；每拖延一日，招标人有权按合同总价的千分之五扣减履约保证金。（如招标项目不要求缴纳履约保证金，则招标人有权在合同支付过程中按合同总价的千分之五扣减支付款项）		
14	其它商务条款偏离说明：		

注：

- 1、对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。
- 2、本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期： 年 月 日

### 3.3 售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

- 1、免费保修期；
- 2、应急维修时间安排；
- 3、维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；
- 4、在广州设有已注册（或合作代理）的售后服务营业性机构（提供证明文件）
- 5、维修服务收费标准；
- 6、制造商的技术支持；
- 7、其它服务承诺；
- 8、培训计划。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期： 年 月 日

## 四、技术部分

### 4.1 货物说明一览表

货物名称	规格及型号	数量	交货期	备注

注：附以下材料：

- 1、设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介等相关证明文件。
- 2、货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。
- 3、如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期： 年 月 日

## 4.2 技术条款响应表

### (1) 实质性技术条款 (“★” 项) 响应表

序号	招标规格/要求	投标实际参数 (投标人应按投标货物/服务实际数据填写, 不能照抄招标要求)	是否偏离(无偏离/正偏离/负偏离)	偏离简述
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
...				

注:

1. 投标人必须对应招标文件用户需求书“技术要求”的“★”项内容逐条响应。如有缺漏, 缺漏项视同不符合招标要求。打“★”项为不可负偏离(劣于)的项。

2. 投标人响应招标需求应具体、明确, 含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的, 按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的, 移送监管部门查处。

3. 本表内容不得擅自修改。

4. 当招标文件中未设置“★”项技术条款时, 应在此表中直接填写: 本项目未设置“★”项技术条款。

5. 所有投标人须提供投标产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件, 否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求(如厂家的产品使用说明书为英文版, 请同时提供中文版)。

投标人法定代表人(或法定代表人授权代表)签字: \_\_\_\_\_

投标人名称(加盖公章): \_\_\_\_\_

日期: 年 月 日

(2) 非实质性技术条款响应表

序号	招标要求	投标实际参数 (投标人应按投标货物实际数据 填写, 不能照抄招标要求)	是否偏离(无偏离 /正偏离/负偏离)	偏离 简述
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
...				

注:

1. 投标人必须对应招标文件用户需求书“技术要求”的内容逐条响应。如有缺漏, 缺漏项视同不符合招标要求。
2. 投标人响应招标需求应具体、明确, 含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的, 按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的, 移送监管部门查处。
3. 本表内容不得擅自修改。
4. 所有投标人须提供投标产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件, 否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求(如厂家的产品使用说明书为英文版, 请同时提供中文版)。

投标人法定代表人(或法定代表人授权代表)签字:

投标人名称(加盖公章):

日期: 年 月 日

### 4.3 技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

1. 技术方案；
2. 系统配置清单；
3. 场地及环境准备要求；
4. 项目实施方案
5. 系统界面、系统进度安排，以及实施办法和质量保证措施；
6. 测试及验收；
7. 设备技术说明（包括主要设备的技术介绍、说明书、产品资料）

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期： 年 月 日

## 五、价格部分

### 5.1 开标一览表

项目名称：                    招标编号：                    合同包号：

分项	金额(元)	备注
设备及材料费		全面实现本项目需求所需要的其它设备，即使未列入本需求设备清单，也应包含在投标设备范围之内。
相关服务		
其他费用		
<b>投标总报价</b>	<b>(大写) 人民币元整 (¥元)</b>	
交货时间		
详细内容见《投标明细报价表》。		

注：

- 1、此表的总计是所有需买方支付的本次招标标的的金额总数，即**投标总价报价**，投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。
- 2、设备及材料的价格是包括了设备、材料及随机附件的设计、采购、制造、检测、试验、包装、运输、保险、税费、其它费用等一切支出。
- 3、相关服务的价格包括了系统的方案设计、开发、调试、测试、与其他系统的集成联调、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、试运行、培训、维护、升级、质保期保障、项目管理等的全部费用。
- 4、其他费用包括了除上述以外的一切其他支出。
- 5、此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）封装在一个信封中，作为唱标之用。
- 6、投标人认为本次招标中的未尽事宜，可另表提出建议，该部分费用不在投标总报价中。
- 7、本表为一包一表制，每个包分别单独报价。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：    年    月    日

## 5.2 投标明细报价表

项目名称：

招标编号：

合同包号：

一、设备及材料类详列							
序号	分项名称	品牌、规格型号、主要技术参数	制造商	数量	单价	合计（元）	备注
.....							
合计			数量合计：		报价合计：元		
二、相关服务类详列							
序号	分项名称	具体施工工程与服务内容	单位	数量	单价	合计（元）	备注
.....							
合计			数量合计：		报价合计：元		
三、其他费用							
序号	分项名称	具体内容	单位	数量	单价	合计（元）	备注
.....							
合计			数量合计：		报价合计：元		
四、报价汇总：人民币元。（以上各合计项与开标一览表中的对应项均一致相符，如不一致以开标一览表为准）							
五、其他参考费用（下列报价不列入投标/报价总价内）							
分项	名称	规格型号	制造商	单价	使用周期 /寿命		

常用易损件及配件					
质保期满后将要发生的必要服务项收费标准：					

注：1、以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《开标一览表》一致。

2、全面实现本项目需求所需要的其它设备，即使未列入本需求设备清单，也应包含在投标设备范围之内。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期： 年 月 日